

Prot. **7537** del **2 OTT. 2013**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI LABORATORIO (MONOUSO, VETRERIA, SOSTANZE CHIMICHE, COLORANTI, ECC.) OCCORRENTE AI LABORATORI DELLA ASL NAPOLI 3 SUD
 Chiarimenti (3).

Quesito	Risposta
Voce 1,06 Piastra riscaldata con regolazione fino a 100°C. Per l'utilizzo di tale piastra è concessa anche una minore temperatura ad esempio 70°C ?	No
Voce 2,01 Alcool isopropilico al 70%, sterile, in confezione singola irradiata, tipo spray. Cosa intendete con la descrizione di tale prodotto ? Nello stesso lotto c'è un prodotto similare	I due prodotti hanno campo di applicazione diverso. La voce 2,01 viene usata per la decontaminazione di superfici sterili quali cappe per biologia molecolare. La voce 4.09 viene utilizzata per analisi con metodiche in HPLC
Voce 2,04 Cestelli porta vetrini in plastica da 25 posti verticali per colorazioni. I cestelli possono contenere anche un maggior numero di vetrini ?	No
Voce 2,05 Citobrush sterili in confezione singola. Per l'utilizzo è sufficiente la confezione non sterile purché singola ?	No
Voce 2,25 Spugnette per disidratazione biopsie. Cosa intendete con questa descrizione ? Nello stesso lotto c'è un prodotto simile.	La voce è riferita a spugnette per cassette da inclusione dei campioni biotici.



Il Direttore U.O.C.
 Servizio Acquisizione Beni e Servizi
 Dott.ssa Carmela Frontoso

Carmela Frontoso