

Prot. **FFS** del **7 OTT. 2013**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER TERAPIA INTENSIVA E CAMERA OPERATORIA.**  
 Chiarimenti (4).

n.	Quesito	Risposta
53	Nel lotto 31 per formulare una offerta congrua potreste indicare il numero delle macchine ?	Minimo n. 3 macchine; la Ditta dovrà garantire la propria disponibilità a fornire altre apparecchiature se necessario.
54	Nel lotto 124 cosa si intende per infusione a pressione ?	Si intende “infusione con pompa”
55	Nei lotti 125 e 126 si intendono rampe con supporto integrato e box di protezione ?	Si intendono rampe con sistema integrato per la protezione da infezioni con la possibilità di aggiunta di antibatterico;
56	Nel lotto 260 potrebbero essere specificate le misure ?	Si intendono misure varie
57	Nel lotto 261° e 261B viene richiesto un sondino per nutrizione enterale lunghezza 40 cm con connessioni standard. Nella nostra linea questo tipo di lunghezza (50 cm, essendo dedicata per un uso neonatale) viene prodotta solo con gli attacchi dedicati previsti da normativa UNI EN 161S. Voi li chiedete con connessioni standard ?	Si intendono sondini per nutrizione enterale con connessione di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti
58	Disciplinare art. 1 pag. 11 punto c) Si dispone l’indicazione precisa per quale motivo è stato richiesto e concesso il marchio CE. Chiediamo di definire in che termini dobbiamo intendere tale disposizione.	Si intende per quale indicazione d’uso il fabbricante ha richiesto il marchio CE per il dispositivo prodotto
59	Disciplinare art. 1 pag. 14 Si prevede che “l’offerta sarà tacitamente prorogata nella sua validità di ulteriori 180 giorni se non formalmente revocata dalla medesima Ditta offerente”, Facciamo presente che l’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 non contempla il rinnovo tacito dell’offerta ma il suo differimento nell’imminenza della scadenza. Lo stesso vale, peraltro, per la cauzione provvisoria documento temporaneamente omogeneo all’offerta economica. Chiediamo pertanto di definire i termini del rinnovo dell’offerta.	Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara
60	Si dispone che “la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché valida e di gradimento economico. Si chiede di esplicitare in che termini deve essere intesi il suddetto gradimento economico dell’offerta.	Favorevole/conveniente per l’Azienda



61	<p>Capitolato Tecnico art. 7 Si dispone che in sede di consegna della merce, qualora gli imballi presentassero difetti, lacerazioni ecc. saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione, comunque non oltre le 36 ore. Si chiede conferma che le 36 ore citate vadano intese come lavorative.</p>	Trentasei ore dalla data della consegna della merce non conforme
62	<p>Capitolato Tecnico art. 7 Si dispone che "all'atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d'accompagnamento in triplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati". Si chiede conferma dell'obbligo di presentare la bolla in triplice copia, risultando che, come da prassi, sia invece prevista la produzione di due copie (una per il corriere e una per il cliente finale).</p>	Si conferma bolla in triplice copia
63	<p>Alla ditta aggiudicataria è richiesto di "fornire in formato digitale, su specifiche definite dalla ASL Napoli 3 Sud, tutti i dati necessari per inizializzare/mantenere il catalogo prodotti nell'anagrafica, per tutti i prodotti oggetto di fornitura".</p>	I dati necessari al momento sono: CND e CODICE REPERTORIO (oltre quelli normalmente forniti); la ditta dovrà comunque rendersi disponibile a fornire ulteriori dati, qualora siano richiesti, in modo da consentire l'aggiornamento della nostra banca dati.
64	<p>Sia l'allegato B, in materia di art. 38, sia l'art. 1 del Disciplinare (pag.8) in materia di redazione della cauzione provvisoria, si richiamano alla LR Campania 3/2007. Soltanto a titolo di precisazione, facciamo presente che per entrambi gli ordini di documenti faremo esclusivo riferimento al Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006) che disciplina le rispettive materie.</p>	Si precisa che la LR Campania 3/2007, richiamata, disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.
65	<p>In riferimento alla Vs. procedura aperta in oggetto, per quanto riguarda la Vs. richiesta al punto C) "Documentazione Tecnica" si chiede cortesemente di chiarire cosa esattamente si intenda con: Indicazione precisa per quale motivo è stato richiesto e concesso il marchio CE</p>	Si intende per quale indicazione d'uso il fabbricante ha richiesto il marchio CE per il dispositivo prodotto
66	<p>In riferimento alla Vs. procedura aperta si richiedono delucidazioni in merito ai lotti 149 e 190 in quanto alcune specifiche (valigetta trasparente per il lotto 149 e cuffia rigida per il lotto 190) sembrano andare in contrasto con quanto è lo spirito e l'interpretazione dell'art. 68 della L. 163/2006. Pertanto, pur non possedendo tali specifiche caratteristiche riteniamo di poter partecipare in forza della sentenza del TAR di Milano - Sez. 1 del 19.05.09 n. 3758.</p>	E' facoltà della ditta presentare offerta essendo le specifiche tecniche indicate nel capitolato non tassative e/o categoriche
67	<p>Il Kit preassemblato di cui al lotto 213 a quale utilizzo sarebbe deputato ?  Nei lotti in cui viene richiesto un Kit è possibile offrire il Kit anche scomposto (ogni singolo componente) ?</p>	<p>Il Kit di cui al lotto 213 è deputato alla tecnica ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) in particolare per l'effettuazione della Decapneizzazione (rimozione della CO2) nei pazienti ricoverati in terapia intensiva.  Non è possibile offrire un Kit scomposto per singoli componenti.</p>



	Per le descrizioni del lotto 256 e 257 potreste comunicare maggiori dettagli ?	Lotto 257 si chiarisce che per mero errore non è stata riportata la seguente dicitura: “la ditta aggiudicataria dovrà fornire in service gli apparecchi necessari; tali apparecchi dovranno garantire la possibilità di effettuare trattamenti extracorporei anche di tipo aferetico in caso di sepsi o di altra patologia di area critica anche attraverso l’utilizzo di diversi tipi di filtro.
68	In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiederVi di voler cortesemente verificare le descrizioni del lotto n. 6, in quanto – come è noto - per le infusioni di emulsioni lipidiche sono necessari filtri da 1,2 micron, non da 0,2 come richiesto.	Il filtro è da intendersi da 1,2 micron e non da 0,2 come per mero errore riportato.
69	Lotto 42 Cortesemente vogliate chiarire con ulteriori specifiche tecniche quali tipi di palloni intendiate.  Lotto 94 Vi preghiamo di voler indicare ulteriori caratteristiche tecniche. In particolare si tratta di elettrodi pluriuso o monouso ?  Lotto 205 Vi preghiamo di voler indicare ulteriori caratteristiche tecniche. In particolare cosa si intende con “dispositivo di monitoraggio integrato”	Lotto 42 = intensesi “palloni riutilizzabili”  Lotto 94 = intensesi “apparecchio di marca Medis mod. Niccomo TM con attacco tipo Medis Z TECT/elettrodi monouso”.  Lotto 205 = intensesi “dispositivo meccanico per monitoraggio durante l’esecuzione di gonfiaggio”
70	In riferimento alla gara in oggetto si richiedono chiarimenti tecnici relativamente al lotto 155 (Filtri antibatterici per iniezioni di farmaci in soluzione tipo PALL) e precisamente quanto segue: occorrerebbe conoscere il micronaggio del filtro e in aggiunta se si tratta di un filtro-siringa o di un filtro infusionale in linea.	Trattasi di filtro infusionale in linea da 1,2 micron

ERRATA CORRIGE

Si comunica che il CIG del lotto 254 è 519049759F anziché 509049759F, come erroneamente indicato nell’allegato “F” (CIG-Valore presunto lotto-Cauzione-Contr.Aut.Vig.).

D’ordine del Direttore del  
Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Carmela Frontoso  
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo  
Dr. Francesco Romano

