

Prot. *F804* del **8 OTT. 2013**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER TERAPIA INTENSIVA E CAMERA OPERATORIA.
 Chiarimenti (5).

n.	Quesito	Risposta
71	Lotto 12 I palloni richiesti sono monouso o riutilizzabili	Lotti 12 e 13 Intendesi “palloni monouso”.
	Lotto 13 I palloni richiesti sono monouso o riutilizzabili	
	Lotto 31 Quante sono le apparecchiature che andranno fornite in service?	Lotto 31 Minimo quattro (4); la Ditta dovrà garantire la propria disponibilità a fornire altre apparecchiature se necessario. <u>Si rettifica con la presente la risposta al quesito n. 53, ove erano state indicate erroneamente “minimo n. 3”.</u>
	Lotto 33 Su quali monitor verranno utilizzate le sonde richieste? Si richiede la lista dei monitor installati.	Lotto 33 Monitor in dotazione “schiller mod. Argus LCX – Fukuda Denshi mod. Dinascop DS 5400.
	Lotto 42 I palloni richiesti sono monouso o riutilizzabili?	Lotto 42 Vedi risposta al quesito 69
	Lotto 94 Qual è la marca, modello e tipo dell’apparecchio ? Che tipo di attacco richiede?	Lotto 94 Vedi risposta al quesito 69
	Lotto 130 Si richiedono maggiori dettagli sul modello di monitor mennen e sul tipo di attacco	Lotto 130 Intendesi “monitor MENNEN mod. Envoy con attacco tipo Nellcor”.
	Lotto 173 Per individuare il tipo di attacco è possibile indicare che tipo di tecnologia dovranno avere i sensori:r-cal o Oxymax?	Lotto 173 Si intende “ Nellcor OXIMAX”
	Lotto 175 Qual è il modello di saturi metro in dotazione?	Lotto 175 Sturimetri in dotazione “NELLCOR”
	Lotto 187 Le lame richieste devono essere in plastica o metallo?	Lotti 187 e 188 Si intende “lame in metallo”.
Lotto 188		



Handwritten signature

<p>Le lame richieste devono essere in plastica o metallo?</p> <p>Lotto 235 Potete precisare meglio la tipologia del monitor e dell'attacco che dovranno avere i bracciali: Monotubo o Doppiotubo?</p> <p>Lotto 236 Potete precisare meglio la tipologia del monitor e dell'attacco che dovranno avere i bracciali: Monotubo o Doppiotubo?</p>	<p>Lotti 235 e 236 Si intende "monitor Mennen con attacco Luer Lock - monotubo</p>
---	--

D'ordine del Direttore del
 Servizio Acquisizione Beni e Servizi
 Dott.ssa Carmela Frontoso
 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
 Dr. Francesco Romano

