

Prot. 7460 del - 4 OTT. 2013

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale per osteosintesi. Chiarimenti (3).

n.	Quesito	Risposta
26	<p><u>Articolo 5 – Criteri di valutazione.</u> Tra gli elementi di valutazione vi è la formazione e l'aggiornamento del personale. Viene precisato che il punteggio per <u>NUMERO DI ORE PREVISTE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO (N. 3 PUNTI)</u> sarà assegnato in modo <u>INVERSAMENTE PROPORZIONALE</u>. Vale a dire che per <u>formazione ed aggiornamento che vengono effettuate in poche ore</u> sarà attribuito un punteggio <u>più alto</u> rispetto a formazione ed aggiornamento che vengono effettuate in un numero di ore elevato ?</p>	<p>Più ore offerte più punti attribuiti</p>
27	<p><u>Articolo 5 – Criteri di valutazione.</u> Tra gli elementi di valutazione vi è il numero di eventi (minimo due) previsti per la formazione e l'aggiornamento. Viene precisato che il punteggio per <u>NUMERO DI EVENTI (N° 3 PUNTI)</u> sarà assegnato in modo <u>INVERSAMENTE PROPORZIONALE</u>. Vale a dire che per un <u>numero minore di eventi (comunque NON inferiore a DUE)</u> sarà attribuito un <u>punteggio più alto</u> rispetto ad un numero di eventi maggiore ?</p>	<p>Più eventi più punti attribuiti</p>
28	<p>In riferimento ai chiarimenti pubblicati sul Vostro sito (Prot. 7435 del 27.09.2013) si chiede di meglio chiarire la Vostra risposta alle domande 1-5-7-11 in quanto non si vince il criterio con cui interpretare l'importo indicato quale "costo presunto pezzo" Nel Capitolato Tecnico pag. 1 – secondo capoverso (Allegato A) è stabilito che <i>"dovranno essere offerte – per ciascun prodotto/componente inserito nelle singole voci – tutte le misure previste nel listino (ultima edizione) delle ditte partecipanti, ancorchè non specificatamente indicate, allo stesso prezzo ed inoltre dovrà essere compreso nel prezzo ogni altro elemento indispensabile all'impianto, anche se non specificatamente indicato nella configurazione di riferimento; il prezzo offerto dovrà essere, pertanto, riferito alla fornitura di un singolo impianto, indipendentemente dalle misure e/o componenti dello stesso"</i>.</p> <p>1. Da detta indicazione non è chiaro se il prezzo ivi indicato ("il costo presunto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il prezzo indicato si riferisce al lotto intero 2. Vedi quanto previsto nel Capitolato Tecnico – pag. 1 – secondo capoverso – Allegato A 3. La base d'asta fissata per ciascun lotto è da intendersi come soglia di prezzo non superabile.



	<p>pezzo” ndr) sia riferito al singolo sub lotto ovvero alla somma di essi.</p> <p>2. Si chiede altresì se sia necessario individuare in autonomia una tipologia di impianto a cui far riferimento per ogni lotto.</p> <p>3. Si chiede se il superamento del “costo presunto pezzo” sia causa di esclusione</p>	
29	<p>Lotto 35 - Avete dato importo presunto del pezzo (immaginiamo intesi come impianto) 900 euro, ma tutte le voci indicate da voi non formano un impianto, tutte le voci possono essere usate per un impianto, ma non tutte insieme. Quindi chiediamo se ci potete fornire il n° di pz. Per ogni singola voce per poter procedere alla formulazione dell’offerta economica.</p>	<p>Offrire il prezzo per impianto tipo nonché il prezzo per ogni singolo componente e tutte le misure disponibili, così come previsto nel Capitolato Tecnico – pag. 1 – secondo capoverso – Allegato A.</p>
30	<p><u>Documentazione Tecnica</u> Punto a) chiedete “dichiarazione sostitutiva resa dal titolare indicante gli estremi del decreto del Ministero della Sanità relativo alla registrazione dei prodotti offerti” Punto e) a che tipo di sperimentazione fate riferimento? Sperimentazioni cliniche o di altra natura? Punto f) chiedete il “Manuale del prodotto”. Trattandosi di dispositivi medici, cosa intendete per manuale? Istruzioni d’uso? Tecnica operatoria? O altro? Punto g) non riusciamo a capire esattamente cosa richiedete. Punto h) va bene il certificato della materia prima? Per i prodotti finiti ci possono essere 2 possibili interpretazioni: test meccanici fatti sul prodotto oppure controlli che vengono fatti prima di mettere in commercio ogni lotto? Chiedete che la documentazione tecnica sia rilegata e che non riporti il numero delle pagine. Richiedendo già la suddivisione per lotti in buste separate, possiamo farvi un indice dei documenti inseriti nella busta specificando per ogni documento presentato di quante pagine è composto?</p>	<p>Punti:</p> <p>a) si intende “dichiarazione resa secondo quanto pubblicato il 27/3/2013 sul sito del Ministero della Sanità nel sistema Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici, se disponibile”; e) si riferisce alle “sperimentazioni cliniche” f) per manuale del prodotto intendesi “istruzioni d’uso relativamente alla tecnica operatoria” g) si intende “descrizione del prodotto partendo dalla progettazione, in modo da evidenziare la metodica utilizzata per arrivare al prodotto finito che abbia quelle peculiari caratteristiche” h) si intende “certificato della materia prima”. Per i prodotti finiti si intende “controlli che vengono fatti prima di mettere in commercio ogni lotto”.</p> <p>Relativamente alla presentazione della documentazione vedi risposte ai quesiti n. 16 e n. 17 (chiarimenti 2)</p>
31	<p>In relazione alla procedura di gara in oggetto, la cui scadenza è fissata per il 14/10/2013, con la presente siamo a chiedere conferma che nella compilazione del Vs modulo d’offerta “allegato G” è possibile inserire un unico prezzo unitario per i prodotti offerti ma percentuali di sconto differenziate qualora i prodotti non presentino lo stesso prezzo di listino. Si chiede altresì di confermare che è possibile fare rimando ad un nostro documento contenente i codici prodotto ed il dettaglio dei differenti prezzi di listino con relativi sconti.</p>	<p>Offrire il prezzo per impianto tipo nonché il prezzo per ogni singolo componente e tutte le misure disponibili, così come previsto nel Capitolato Tecnico – pag. 1 – secondo capoverso – Allegato A.</p>
32	<p>Si chiede se le bibliografie scientifiche possono essere presentate sullo stesso supporto informatico (leggi cd rom) dove andremo a copiare tutta la rimanente documentazione tecnica.</p>	<p>Si</p>



33	<p>Offerta Economica (calcolo totale del lotto) Premesso che ciascuna voce all'interno del lotto deve avere un unico prezzo unitario e che all'interno del lotto sono presenti più voci, si chiede di precisare come deve essere calcolato il totale del lotto visto che il quantitativo riportato non è riferito a ciascuna voce, bensì al lotto intero. Es. al lotto n. 10 sono elencate differenti voci ciascuna corrispondente ad una tipologia di prodotto. Come previsto dalla documentazione di gara, ciascuna voce riporterà, un unico prezzo unitario che, vista l'eterogeneità dei prodotti richiesti, non può però essere identico alle altre voci appartenenti allo stesso lotto. Posto che i quantitativi sono imputati genericamente a tutto il lotto (10 8n. 1080) si chiede come effettuare la totalizzazione del lotto in questione. E' possibile formulare il totale calcolando il prezzo medio di tutte le voci appartenenti al lotto?</p>	Vedi risposta al Quesito n. 31
34	<p>In riferimento alla procedura in oggetto si chiede di chiarire quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a pagina 14 del disciplinare è richiesto "lo sconto percentuale disposto a praticare sulle quotazioni riportate dal listino prezzi presentato" 2. a pagina 1 del allegato A ultimo "N.B." è richiesto: le ditte offerenti dovranno obbligatoriamente indicare lo sconto generico su listino per prodotti della medesima categoria merceologica che non potrà essere inferiore allo sconto medio praticato per i prodotti del lotto. <p>Si chiede se le due richieste si riferiscano all'indicazione di un unico sconto da applicare ai prodotti contenuti nel listino e non offerti, applicando una percentuale di sconto pari alla media di tutti gli sconti segnalati in offerta. Nel caso non fosse così, si prega di meglio specificare i due punti in quanto non sono di chiara interpretazione.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il prezzo indicato intendersi riferito "al solo sub-lotto 2. Si intende "individuare in autonomia una tipologia di impianto tipo e specificare i componenti che lo costituiscono. 3. Nella formulazione dell'offerta economica è previsto quanto segue: prezzo unitario offerto, escluso Iva (in cifra), massimo due decimali; prezzo unitario offerto, escluso Iva (in lettere); importo totale offerto, iva esclusa (prezzo unitario offerto X fabbisogno presunto triennale); Iva %; Prezzo unitario da listino deivato; % di sconto su listino; CND – Classificazione Nazionale Dispositivi; RDM – Repertorio Dispositivi Medici. Nell'offerta dovrà essere indicato, altresì: Lo sconto percentuale disposto a praticare sulle quotazioni riportate dal listino prezzi presentato, da utilizzare per eventuali fabbisogni di prodotti compresi nel listino stesso, nel caso in cui l'Azienda Sanitaria avrà necessità di acquistare. Detto sconto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura. Tutti gli importi dovranno essere indicati in Euro (massimo due decimali), al netto dell'Iva
35	<p>In caso il firmatario sia un procuratore, confermate che, dato che la procura autentica è richiesta a corredo dell'offerta economica nella busta "C" nella busta amministrativa possiamo inserire una semplice fotocopia della procura unitamente a dichiarazione che l'originale è stato presentato nella busta "C" ?</p>	Si
36	<p>Busta A) Documentazione Amministrativa – Punto 6) Cauzione provvisoria. Cosa si intende, in caso di costituendo RTI, con obbligo di sottoscrizione da parte di queste ultime". Di solito la fideiussione provvisoria viene rilasciata da un riconosciuto istituto di credito e sottoscritta dallo stesso, oltre alla sottoscrizione da parte della</p>	Si ribadisce quanto previsto dal Disciplinare di Gara



	banca, la fideiussione deve essere sottoscritta anche dalle imprese costituenti il raggruppamento?	
37	In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiederVi di voler cortesemente verificare le descrizioni del lotto n. 6, in quanto – come è noto - per le infusioni di emulsioni lipidiche sono necessari filtri da 1,2 micron, non da 0,2 come richiesto.	Il filtro è da intendersi da 1,2 micron e non da 0,2 come per mero errore riportato.

Il Direttore del
 Servizio Acquisizione Beni e Servizi
 Dott.ssa Carmela Frontoso

